

报告	安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司 TP 监测仪数值异常的情况说明	编号	JHZK20190815
----	--------------------------------------	----	--------------

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司：

2019年8月15日14:40分我方运维人员从平台查询得知安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司 TP 在线监测仪数据异常。我方运维人员于16:10分到达现场，发现8月15日12:00、16:00分 TP 在线监测仪分别测值 26.928mg/L、26.918mg/L。随后我方运维人员对 TP 在线监测仪进行排查，现场发现 TP 监测仪采样系统的阀错乱、反应试剂进样异常。导致测量水样时，TP 监测显色异常，测量出值异常。运维人员立即对 TP 监测仪采样系统进行拆卸维修。并对其他部件进行检测保养。设备维修正常后于16:35分进行标样测试，测 0.5mg/L 浓度标液，测值为 0.506mg/L，误差为 1.2%。17:51分测 0.3mg/L 浓度标液为 0.302mg/L，误差为 0.67%，满足测量要求。

特此报告，敬请悉知。

安徽省碧水电子科技有限公司运营部

联系人：张宇 13696799142

